

关于征集医用耗材供应商通知

我院有以下医用耗材进行征集：

耗材需求表

项目编号	征集项目	功能需求
X0210-01 I	一次性使用颅骨钻头	配合动力系统, 在开颅手术中对骨质进行打孔、切割、打磨; 磨钻头型号齐全可应对各种复杂手术; 铣刀刃口无缺口裂纹
X0210-02 I	一次性使用铣刀	
X0210-03 I	一次性使用无菌敷贴	无纺布基材, 无菌一次性使用, 搭扣设计可固定各类导管, 有医保可收费
X0210-04 I	一次性使用心电电极	材质: 导电压敏胶, 银/氯化银; 适配在院动脉硬化检测仪 (欧姆龙 BP-203RPEIII)
X0210-05 I	一次性使用高频切开刀	应用于 POEM、STER、以及 ESD 的治疗中, 与软性内窥镜, 合适止血器械配合使用
X0210-06 I	一次性使用高频止血钳	内镜下 EMR、POEM、STER 以及 ESD 的治疗; 定位准确, 开口型号齐全, 可实现出血部位的快速电凝止血
X0210-07 I	一次性使用止血夹	内镜下 EMR、POEM、STER 以及 ESD 的治疗; 适用于直径小于 1.5cm 胃肠道息肉止血、封闭创面, 及荷包缝合; 镍钛材质
X0210-08 I	一次性使用内窥镜用注射针	内镜下 EMR、POEM、STER 以及 ESD 的治疗; 消化道黏膜下注射, 不锈钢材质; 手柄出针和收针有锁扣防止针头划伤镜子钳道管
X0210-09 I	矿化胶原人工骨修复材料	成分为胶原蛋白和羟基磷灰石; 形状为圆柱体、长方体、梯形体和颗粒状; 抗吸收时间长, 降解时间匹配成骨时间, 韧性好; 拔牙后的骨缺损修复, 可做位点保存; 适合颌面外科和牙周; 大面积骨缺损修复, 完全吸收降解; 操作简单, 无需浸泡
X0210-10 I	一次性使用采血器	1. 刀片型: 新生儿及 6 月以内足跟采血; 采集血量可达 0.5ml
X0210-11 I	一次性使用采血器	2. 三棱型: 婴幼儿末梢血常规、CRP、SAA、肺支, 采集血量可达 0.5ml, 深度小于 2.2mm, 避免损伤婴幼儿骨膜。

X0210-12 I	中心静脉套件（经外周置入）	材质：耐高压聚氨酯，普通聚氨酯 尺寸：4F 单腔、5F 双腔、带瓣膜、导管长度 40cm 和 60cm
X0210-13 I	血糖仪及试纸	配合院内血糖主动会诊，血糖检测结果实时上传，对接医院 HIS/LIS 系统，可连接糖尿病并发症多指标检测设备，方便慢性病管理对接；血样要求：毛细血管全血，静脉血，动脉血；硬件配套糖尿病管理系统软件（主动会诊系统）需要；自动产生分析图表；异常血糖值自动报警；长久保存原始数据；软件医疗器械注册证、信息安全三级认证
X0210-14 I	角膜松解刀	适用于患有白内障合并有散光的患者，且患者不适用散光晶体或者拒绝使用散光晶体，精准矫正角膜散光；多彩刀柄，便于识别；手术刀具备刀架
X0210-15 I	预装式张力环	稳定囊袋复合体，维持囊袋张力，防止后囊膜褶皱，对抗囊袋收缩；预装式设计；操作方便可靠
X0210-16 I	一次性射频等离子体刀头	应用于耳鼻喉科软组织切割、消融、止血手术；管路内部光滑耐用，铂铱合金等耐损耗材质组成，适配成都美创 等离子体手术系统 型号 PLA-600
X0210-17 I	可降解耳鼻止血绵	可降解，可膨胀，可吸收；真正保护粘膜，显著减少术后诸如囊泡、肉芽、息肉再生、粘膜水肿等新生病变，减少术腔粘连；提供 10-14 天起支撑与塑型作用，遇水、血不变形，支撑力好
X0210-18 I	可吸收止血海绵	鼻内镜术中鼻腔、鼻窦止血填塞；动物源性成分，可植入体内，可降解吸收，不溶于水，不粘手术器械
X0210-19 I	咽鼓管球囊扩张导管	咽鼓管延迟开放性功能障碍、慢性分泌性中耳炎、伴有咽鼓管功能障碍的慢性中耳炎、伴有咽鼓管功能障碍的中耳胆固醇肉芽肿、黏连性中耳炎等的辅助治疗
X0210-20 I	鼻窦球囊导管	用于复杂鼻窦炎手术中的额窦和蝶窦口扩张开放；含鼻窦球囊导管体、引导导管、照明导丝、冲洗导管
X0210-21 I	腔镜疝修补专用补片	立体塑形，符合人体腹股沟区解剖，不易移动，腔镜下易展平；轻量网孔
X0210-22 I	体内微电极碎石仪用电极线	配合体内微电极碎石仪使用，应用于胆囊颈结石、胆总管、肝内胆管的结石治疗

X0210-23 I	热活检钳	与内窥镜配合使用，临床适用于组织标本的钳取以及小于 5mm 息肉的摘取
X0210-24 I	一次性使用异物钳	胆道镜手术中取石、取异物
X0210-25 I	一次性取石网篮	与适配钳道的内窥镜配合使用，将人体自然腔道内的异物、结石、已剥离的活组织等取出。网篮可缩回鞘内，能套紧物体
X0210-26 I	微创扩张引流套件	适用于微创保胆碎石取石、肾盂积水、微创扩张等引流用。
X0210-27 I	超声刀具	适配在院超声刀主机换能器（强生 GEN04）；甲状腺手术、乳腺手术、颈部需淋巴清扫的手术术式中使用；剪刀式超声刀结构
X0210-28 I	球囊扩张导管	进行经导管主动脉瓣置换术（TAVR）的瓣膜预扩张及后扩张使用
X0210-29 I	导管鞘组	TAVR 介入手术使用，满足 TAVR，EVAR，TEVAR 术中器械交换需求
X0210-30 I	导丝	TAVR 手术中引导导管插入血管并定位的介入诊断与治疗
X0210-31 I	血管鞘组	TAVR 手术中建立有助于血管内器械的经皮进入血管通路，为造影导管、起搏电极、主动脉瓣瓣膜等器械的输送提供保障
X0210-32 I	集成式膜式氧合器	由热交换器、静脉贮血器和过滤组成，功能可维持四小时以上。适配在院索林体外循环机（型号 S3）
X0210-33 I	血液浓缩器	由中空纤维膜、外壳、端盖、封口胶和 O 型圈组成，适配在院索林体外循环机（型号 S3）
X0210-34 I	一次性使用心脏冷搏液灌注器	配有变温器、贮液部分、泵管、灌注管及灌注针、连接管、三通开关和接头，适配在院索林体外循环机（型号 S3）
X0210-35 I	一次性使用人工心肺机体外循环管道包	用于体外循环中组成一个动静脉系回路，适配在院索林体外循环机（型号 S3）
X0210-36 I	一次性使用体外循环导管	管内壁含和不含螺旋缠绕不锈钢丝，单双级带芯，用于股动脉和股静脉，适配在院索林体外循环机（型号 S3）

X0210-37 I	心脏排气引流管	左心排气管要求具备：13Fr、20Fr、10Fr、16Fr； 内心排气管要求：20Fr、12Fr，适配在院索林体外循环机（型号 S3）
X0210-38 I	HTK 溶液	用于体外循环心肌保护
X0210-39 I	胸腰椎后路钉棒固定系统	适用于胸腰椎骨折的手术治疗，腰椎间盘突出、腰椎管狭窄症等；特别是老年性骨质疏松患者
X0210-40 I	PEEK 脊柱椎间融合器	适用于胸腰椎骨折的手术治疗，腰椎间盘突出、腰椎管狭窄症等；特别是老年性骨质疏松患者
X0210-41 I	颈椎前路钉板固定系统	适用于胸腰椎骨折的手术治疗，腰椎间盘突出、腰椎管狭窄症等；特别是老年性骨质疏松患者

现开始征集供应商，报名请携带按目录顺序装订且加盖防伪公章的资料：

- 1、资料内容及标准详见附表一“目录标准”，目录置于首页。
- 2、注意事项：
 - (1) 产品授权：需为**制造商**对产品代理或经销资格的授权书。
 - (2) 提供医保码-河北省医保拼接码、河北省集采码。
 - (3) 现行价格证明：提供京津冀平台、江苏六大类等依据；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（常用耗材至少三家）。
 - (4) 所有复印件原版尺寸，字迹清晰，均需加盖防伪公章，按目录顺序装订。
 - (5) 应征耗材如有配套耗材或软件，需提供相应资质。
 - (6) 非医疗器械需提供相应依据。

报名截止时间：2022年2月16日 9:30

报名地址：建华南大街365号 石家庄市人民医院 医学装备部

联系电话：69088195

石家庄市人民医院 医学装备部

2022年2月10日

附表一：

供应商报名目录

时间：		应征项目：		项目编号：	
耗材名称 (注册证名称)		品牌		制造商	
业务员		联系电话		供应商	
内容	标准		页码	审核结果	
公章	复印件均加盖公章		(此列标注)	(此列空白)	
封皮	公司名称				
	耗材名称(注册证名称)				
	应征规格型号列表				
	注册证号				
	全国医保码/河北省拼接码/河北省集采码				
	制造商				
	授权代表人				
	联系电话				
邮箱地址					
业务员 授权	业务员法人授权书				
	法定代表人居民身份证复印件				
	被授权人居民身份证复印件				
产品授权	制造商授权书(两票)				
供应商 资质	营业执照				
	医疗器械经营许可证/备案凭证				
制造商 资质	营业执照				
	医疗器械生产许可证				
	医疗器械生产产品登记表(国产)				
医疗器械 注册证	注册证				
	注册证附表				
	非医疗器械依据				
耗材信息	规格型号				
	技术参数				
	配置清单				
	产品说明书				
现行价格 证明	平台文件(京津冀/江苏六大类)				
	市内三甲医院合同/随货同行/发票				
产品市场信 息	三级甲等医院用户名单				
	彩页				